



Пульт настроек ПН-01-ТК предназначен для задания параметров настройки преобразователям измерительным ПР-01-ТК, ПР-03-ТК, преобразователям ТК-6, тахометрам электронным ТЭ-6К-ТК-2-24В-Д и другим приборам, не имеющим в своем составе кнопок программирования или разъема для подключения выносного пульта настроек.

- Задание параметров настройки по линии связи RS-485 непосредственно на месте эксплуатации прибора без использования ПК.
- Возможность сохранения группы параметров настройки в виде шаблона с последующей записью в другие приборы.
- Программно задаваемое время ожидания ответа от подключенного прибора.
- Питание от аккумуляторов (батареек) или от сетевого адаптера.
- Автоматическое управление зарядом аккумуляторов.
- Комплектуется сетевым адаптером ~220В/=12В и аккумуляторами типа ААА.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Скорость обмена данными, Кбит/с 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2
- Число шаблонов 512
- Питание прибора:
 - автономное (4 элемента ААА) 4,4..7,0 В постоянного тока
 - стационарное 10..30 В постоянного тока
- Среднее время непрерывной работы от аккумуляторов, ч, не менее 4
- Потребляемый ток:
 - при автономном питании, мА, не более 100
 - в режиме заряда при стационарном питании, мА, не более 400
- Рабочий диапазон температур (группа В4 по ГОСТ 12997) +5°С..+50°С
- Пыле-влагозащита (ГОСТ 14254) IP41

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Пульт настроек **ПН-01-ТК**.